



Broj I-17  
Dana 15.12.2014. godine

**PREDMET: Pitanje potencijalnog ponuđača i odgovor naručioca  
u postupku javne nabavke sanitetskog materijala, za potrebe Doma zdravlja „Dr Jovan  
Jovanović Zmaj“ Stara Pazova.**

**Pitanje:**

Poštovani,

Molimo Vas za sledeća pojašnjenja u vezi JN I-17 sanitetski materijal:

1. U partiji br. 9  
Stavka 14 – Laboratorijski papir za tinpanometar – koje su dimenzije papira?  
  
Stavka 16 – Papor za defibrilator – koji je model aparata-defibrilatora i dimenzije papira?

**Odgovor:**

Poštovani,

1. U partiji br.9  
  
Stavka 14 - Dimenzije papira za tinpanometar su 112mm x 45mm.  
Stavka 15 – Model aparata je ZOL MC 8000, a dimenzije papira su 90mm x 90mm x 200mm.  
  
Obaveštavamo Vas da će se ove izmene naći u ispravci konkursne dokumentacije .

**Komisija za javne nabavke Doma zdravlja  
“Dr Jovan Jovanović Zmaj”  
Stara Pazova**