



**ИСПРАВКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ДИЈАЛИЗАТОРИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ -
заједнички материјал за све типове машина**

**Јавна набавка
број: 9-7/15**

Исправка конкурсне документације врши се на следећи начин:

- на страни 6 конкурсне документације, у делу техничка спецификација **група 2 Дијализатори, партија бр.12, мења се и гласи:** Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 2,3 m² стерилисан без етилен оксида.

- на страни 21 конкурсне документације, у делу образац понуде **група 2 Дијализатори, партија бр.12, мења се и гласи:** Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 2,3 m² стерилисан без етилен оксида.

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА

Група 1 Заједнички материјал за све типове машина

Партија	Назив производа	Јед. мера	Количина
1.	Концентрат дијализни кисели са или без глукозе финалне концентрације Na 138-140 mmol/l и опсега концентрације Ca 1,25-1,75 mmol/l 5 l.	Литар	26000
2.	Игле за хемодијализу (15G,16G,17G)	Ком	13000
3.	Физиолошки раствор 0,9% NaCl, за примену и завршетак HD третмана са одговарајућим системом за инфузију (паковање 1 или 2 литра)	Литар	6000
4.	Натријум хлорид у таблетама	Кг	3000

Група 2 Дијализатори

Партија	Назив производа	Јед. мера	Количина
5.	Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 1,3 m ² стерилисан без етилен оксида;	Ком	120
6.	Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 1,6 m ² стерилисан без етилен оксида;	Ком	300
7.	Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 1,8 m ² стерилисан без етилен оксида;	Ком	400
8.	Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,3 m ² стерилисан без етилен оксида;	Ком	1100
9.	Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,6 m ² стерилисан без етилен оксида;	Ком	660
10.	Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,7 m ² стерилисан без етилен оксида;	Ком	2300

11.	Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,8m ² стерилисан без етилен оксида;	Ком	700
12.	Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 2,3 m ² стерилисан без етилен оксида;	Ком	700

Неопходно је да понуђена добра поседују следеће техничке карактеристике:

Понуђено медицинско средство мора поседовати CE знак.

Понуђена добра морају бити компатибилна моделу апарата Fresenius, Gambro и Innova за који се набавља потрошни материјал.

Понуђено средство мора имати важеће Решење о упису медицинског средства у регистар медицинских средстава. Уколико је Решење о упису медицинског средства истекло и није обновљено, при чему добро може да се нађе у промету у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. Гласник РС”, бр. 30/10 и 107/12), понуђач је у обавези да достави заједно са копијом предат захтев за обнову Решења о упису.

Напомена:

Понуђена медицинска средства у свему морају испуњавати стандарде материјала који су дефинисани Правилником о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 88/12,41/13,36/14 и 37/14)

Понуђач попуњава тражене податке за оне партије за које подноси понуду.

За оне партије за које понуђач не учествује, оставља непопуњење.

Понуда које не садрже тражене податке, биће одбијена као неприхватљива!

Група 2. Дијализатори

Партија бр.	Назив производа	Јед. мера	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
5.	Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 1,3 m ² стерилисан без етилен оксида;	Ком	120			
6.	Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 1,6 m ² стерилисан без етилен оксида;	Ком	300			
7.	Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 1,8 m ² стерилисан без етилен оксида;	Ком	400			
8.	Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,3 m ² стерилисан без етилен оксида;	Ком	1100			
9.	Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,6 m ² стерилисан без етилен оксида;	Ком	660			
10.	Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,7 m ² стерилисан без етилен оксида;	Ком	2300			
11.	Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,8m ² стерилисан без етилен оксида;	Ком	700			
12.	Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 2,3 m ² стерилисан без етилен оксида;	Ком	700			

РОК ИСПОРУКЕ : _____ (од 24h до 72 h од захтева наручиоца)

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: _____ (не краћи од 60 дана)

РОК ПЛАЋАЊА : _____ (не краћи од 60 дана од дана испоруке материјала и испостављања фактуре) .

Датум

М.П.

Потпис понуђача
