



Матични број: 08010714
ПИБ: 100535469
Текући рачун: 840-481661-57
е-mail: dzspazova@gmail.com

Predmet: Pojašnjenje po zahtevu potencilnog ponuđača u postupku JN 9-7/2015 – dijalizatori i materijal za dijalizu – zajednički materijal za sve tipove mašina.

Potencijalni ponuđač dostavio je sledeće:

1. Da li dobra iz Grupe II - dijalizatori, partije 5,6,7,8,9,10,11 i 12 koji ie biti ponuđeni u postupku javne nabavke moraju da budu usklađeni sa standardima EN 1283 i ISO 8637?
2. Molimo Naručioca da dopuni konkursnu dokumentaciju tako što će kao dodatni uslov ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke zahtevati prilaganje kopije sertifikata ISO 9001:2008 koji glasi na ponuđača. Posedovanje ovog sertifikata garantuje Naručiocu da će se ponuđač tokom trajanju ugovora voditi smernicama dobrog poslovanja prema normama koje propisuje ovaj sistem menađmenta kvalitetom, obzirom da se radi o nabavci specifičnog materijala neophodnog za kvalitetan dijalizni tretman i dalji život pacijenata na dijaliznom programu.
3. Naručilac u delu 5. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, u tački 5.21. odredio je „najnižu ponuđenu cenu " kao vrstu kriterijuma za dodelu ugovora. Smatramo da je ovaj Kriterijum neprimeren predmetu javne nabavke. Imajući u vidu svrhu i namenu materijala koji se nabavlja u predmetnoj javnoj nabavci, kao i posledice koje izborom i upotrebom neadekvatnog ili nekvalitetnog materijala mogu dovesti do pogoršanja zdravstvenog stanja pacijenata na hronidnom programu hemodijalize, nesporno je da se radi o specifičnoj javnoj nabavci. Članom 9. Zakona o javnim nabavkama propisano je da „Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke pribivi dobra odgovarajuteg kvaliteta imajući u vidu svrhu, namenu i vrednost javne nabayke." Molimo Naručioca da izmeni konkursnu dokumentaciju u navedenom delu, tako što će kao kriterijum za dodelu ugovora, za partije 5,6,7,8, 9, 10, 11 i 12, kao vrstu kriterijuma uvesti „ekonomski najpovoljniju ponudu" i odrediti elemente kriterijuma i podkriterijuma.

Shodno navedenom, dostavljamo sledeće pojašnjenje:

1. Konkursna dokumentacija će se izmeniti u delu koji se odnosi na dodatne uslove koje moraju ispuniti dobra iz grupe II dijalizatori. Izmene će biti objavljene na portalu UJN.
2. Uvažena je sugestija ponuđača, te će naručilac izvršiti izmenu konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na dodatne uslove koje moraju ispuniti dobra u predmetnoj javnoj nabavci. Izmene će biti objavljene na portaju UJN.
3. Naručilac nije u mogućnosti da prihvati predlog ponuđača za promenu kriterijuma za dodelu ugovora.