



Broj 9-13/16
Dana 19.01.2017.godine

**PREDMET: Pitanje potencijalnog ponuđača i odgovor naručioca
u postupku javne nabavke materijal za dijalizu koji zavisi od tipa mašine u Doma zdravlja
„Dr Jovan Jovanović Zmaj“ Stara Pazova.**

Pitanje:

Molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije za partiju br. 9, za koju je zahtevani uslov da ponuđeno dobro bude „sa mogućnošću višekratne upotrebe” na način da se traženi deo briše obzirom da se traženo dobro nudi u pakovanju koje se koristi za jednu dijalizu I jednog pacijenta.

Smatramo da ovako predviđeni uslov da ponuđeno sredstvo ima mogućnost višekratne upotrebe, u suprotnosti sa *Pravilnikom o standardima materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja*.

Naime članom 7 *Pravilnikom o standardima materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja* propisan je materijal po vrstama dijalize za jednu dijalizu. U navedenom članu pod A) tačka 1, tačka 2 i tačka 3 nedvosmisleno i vrlo jasno je definisano da je za jednu hemodijalizu potrebno jedno odgovarajuće pakovanje suvog bikarbonata.

Dodatno podsećamo da je medicinski nepravdano i neprihvatljivo koristiti jedan ketridž suvog bikarbonata za više pacijenata, kao i da u slučaju zastoja u radu mašine dužem od nekoliko minuta pacijent mora biti priključen na drugi ispravan aparat, a po izlasku servisera na teren i popravke neispravnog aparata za sledećeg pacijenta se pripremaju sveži, ispravni rastvori.

Odgovor:

Poštovani,

Obaveštavamo vas da će naručilac prihvatiti vašu sugestiju i kroz izmenu konkursne dokumentacije izuzeti deo u kojem stoji da dobro mora da bude „sa mogućnošću višekratne upotrebe”.

**Komisija za javne nabavke Doma zdravlja
“Dr Jovan Jovanović Zmaj”
Stara Pazova**