



Broj 9-9/16
Dana 26.10.2016. godine

**PREDMET: Pitanje potencijalnog ponuđača i odgovor naručioca
u postupku javne nabavke laboratorijski reagensi - materijal u Doma zdravlja „Dr Jovan
Jovanović Zmaj“ Stara Pazova.**

Pitanje:

Poštovani,

Interesuje nas da li je za partiju br.6, stavku 13 – UIBC (sa feronom), prihvatljivo ponuditi TIBC?

Odgovor:

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da za naručioca nije prihvatljivo da za partiju br.6 stavka 13 - UIBC (sa feronom), potencijalni ponuđač ponudi TIBC.

**Komisija za javne nabavke Doma zdravlja
“Dr Jovan Jovanović Zmaj”
Stara Pazova**