



Broj 10-12/17
Dana 12.07.2017. godine

PREDMET: Pitanje potencijalnog ponuđača i odgovor naručioca u postupku javne nabavke Redovno i vanredno održavanje medicinskih aparata, za potrebe Doma zdravlja „Dr Jovan Jovanović Zmaj“ Stara Pazova.

Pitanje:

Poštovani,

Definišite za partije 15, 16 i 17 šta obuhvata redovan servis.

Da li za partije 15 i 16 obuhvata: kalibraciju manometara I ventila sigurnosti I merenje temperaturnog polja (validaciju).

Za partiju 17 da li je to pregled aparata sa kontrolom izlaznih parametara.

Odgovor:

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da za partije broj 15 i 16, redovan servis obuhvata kalibraciju manometara i ventila sigurnosti, kao i merenje temperaturnog polja (validaciju).

Takođe za partiju broj 17 redovan servis obuhvatai kontrolu izlaznih parametara.

**Komisija za javne nabavke Doma zdravlja
“Dr Jovan Jovanović Zmaj”
Stara Pazova**