



Broj 10-8/17
Dana 08.05.2017. godine

PREDMET: Pitanje potencijalnog ponuđača i odgovor naručioca u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku ultrazvučnog kolor dopler aparata, za potrebe Doma zdravlja „Dr Jovan Jovanović Zmaj“ Stara Pazova.

Pitanje:

Obracam Vam se predmetnim zahtevom u postupku nabavke ultrazvucnog kolor dopler aparata.

Molim Vas da na pitanja odgovorite takto, koncizno i jasno tj. na nacin na koji ce ista biti postavljena.

1.

1.1. Da li ste greskon naveli da "Интегрисани Touch Screen" mora biti "дијагонале максимум 9" ?

U zaglavlju tabele pod rednim brojem II stoji da ste definisali "Минималне техничке карактеристике ултразвучног апарата"

Zahtev iz tacke 2 je kontradiktoran jer zahtevate maksimim 9".

1.2. Da li smatrate da to nije slucaj jer Medicom iz Sapca uvek operise specifikacijama sa minimalnim karakteristikama u kojima je ovaj zahtev identican Vasem?

2.

2.1. Koji aparat iz MyLab linije proizvođjaca Esaote nije tezi od 65 kg?

Kako u prospektima aparata MyLab Seven i MyLab Twice taj podatak nije naveden molim da nam svojim odgovorom uštedite vreme koje bi izgubili tražeci

tu informaciju od distributera pomenutog proizvođjaca Medicom iz Sabca.

U prilogu Vam dostavljamo oba pomenuta prospekta.

2.2. Ukoliko smo pogresno procenili model aparata koji kupujete kroz ovaj postupak molim da odgovorite na pitanje koji je model iz MyLab linije je po sredi?

3. Da li bi Vasi dijagnostickari bili operativni ukoliko biste zahev za brojem USB prikljucaka sveli, recimo, na 2 ili 4?

4. Da li medico Šabac u tački 10 zaboravio da specificira CW Doppler ili će sondu iz tačke 18 koristiti isključivo Vaš neurology (s obzirom da nemate kardiologa)?

5. Da li drzac i gela i sonde koje zahtevate u tacki 13 mogu tj. moraju da budu demontazni sa "са обе стране контролног панела" sa mogucnoscu montaze na, recimo, monitor?

Zahtev iz tacke 13 ima ogranicavajući i eliminatorni karakter i daje prednost proizvodima iz MyLab linije tj. potencijalnom ponudjaci Medicom iz Sapca.

6.

6.1. Da li je Vas internista koji radi kardioloske UZ preglede obavio obuku za rad sa TEE sondama?

6.2. Da li su Vasi hiruzi obuceni za rad sa laparoskopskim sondama?

6.3. Da li su Vasi gastroenterolozi ili radiolozi obuceni za rad sa transrektalnim sondama?

6.4. Da li su Vasi urolozi ili radiolozi obuceni za rad sa BI Plane sondama?

6.5. Da li su Vasi reumatolozi ili anesteziolozi obuceni za rad sa linearnom sondom koja ima propusni opseg zakljucno sda 22MHz?

Tacka 17 i tacka 20 nisu opisane u skladu sa Vasim stvarnim potrebama sto je krsenje odredbi ZJN.

6.6. Da li smatrate da to nije slucaj jer Medicom iz Sapca uvek operise specifikacijama sa minimalnim karakteristikama u kojima su pomenutih zahtevi identicani Vasim?

7. Da li se umesto bankarskih garancija mogu dostaviti menice ili taj zahtev mora biti takav kao i u slucaju vecine javnih nabavki kod kojih se prejudicira izbor

Medicom-a iz Sapca kao ponudjaca kome ce se dodeliti ugovor?

8. Da je DZ Stara Pazova sertifikovam po standardu " ISO 27001 или одговарајући" ili i taj zahtev mora biti takav kao i u slucaju vecine javnih nabavki kod kojih se prejudicira izbor Medicom-a iz Sapca kao ponudjaca kome ce se dodeliti ugovor?

9. Koja nadležna ustanova AP Vojvodine Vam je odobrila sredstva za ovu nabavku?

10. Da li ste od te ustanove dobili minimalne tehnicke zahteve i dodatne uslove za ucesce u ovom postupku?

11. itd

12. itd

Odgovori:

Poštovani,

1. Naručilac je konkursnu dokumentaciju sačinio spram svojih potreba i iskustva u radu sa UZ aparatima kao i na osnovu detaljnog istraživanja tržišta, vodeći računa da kontrolni panel bude pregledan kao i da tasteri budu ergonomsko dostupni. Potreba naručioca je da tasteri na kontrolnom panelu budu dostupni prilikom rada te naručilac nije prekršio načelo konkurentnosti. Naručilac ostaje pri zahtevu iz konkursne dokumentacije.
- 2.
- 2.1. Pitanje je bespredmetno jer nije u vezi sa konkursnom dokumentacijom. Naručilac je težinu aparata definisao spram svojih potreba.
- 2.2. Pitanje je bespredmetno i nije u vezi sa konkursnom dokumentacijom. Naručilac je konkursnu dokumentaciju definisao spram svojih potreba.
3. Naručilac je konkursnu dokumentaciju sačinio shodno svojim potrebama – veći broj USB priključaka omogućava priključenje većeg broja perifernih jedinica što utiče na komfor u radu korisnika. Naručilac ostaje pri svom zahtevu iz konkursne.
4. Pitanje je bespredmetno. Naručilac je konkursnu dokumentaciju definisao spram svojih potreba.
5. Naručilac pomenuti zahtev iz tehničke specifikacije je koncipirao spram svojih potreba, a tu se pre svega vodio nabavkom fleksibilnog aparata koji će biti komforan i bezbedan za rad i pristupačan

korisnicima sa različitim potrebama (levoruki, desnoruki) kao i vodeći se idejom da održavanje uređaja odnoseći se na čišćenje i dezinfekciju je svakako jedna od primarnih obaveza zdravstvene ustanove. S toga Naručilac ostaje pri svom zahtevu.

6.

6.1 – 6.6.

Pitanja su bespredmetna i nemaju veze sa predmetom javne nabavke. Naručilac je konkursnu dokumentaciju sačinio spram svojih potreba. S toga, kako je definisano i konkursnom dokumentacijom, obuke i edukaciju za upotrebu predmet javne nabavke obezbeđuje izabrani ponuđač.

7. Naručilac je predvideo sredstva obezbeđenja u skladu sa predmetom javne nabavke i njegovom vrednošću. Svim potencijalnim ponuđačima ostavljen je dovoljno dug rok za pripremu ponude i neophodne dokumentacije te Naručilac ne vidi potrebu da pomenuti zahtev preinači.
8. Naručilac saglasno ZJN ima obavezu traženja jednog ili više dodatnih uslova koji potencijalni ponuđači moraju ispuniti kako bi dokazali svoj poslovni, tehnički, finansijski ili kadrovski kapacitet. Predmet javne nabavke nije sertifikacija naručioca. Naručilac ostaje pri svom zahtevu.
9. Naručilac je poštujući sve protokole i članove ZJN pripremio i objavio konkursnu dokumentaciju. Naručilac nije u obavezi da potencijalne ponuđače obavesti o procenjenoj vrednosti po čl. 61, stav 2 ZJN kao i načinima finansiranja jer isti ne utiču na pripremu ponude i ne smatraju se relevantnim.
10. Naručilac je konkursnu dokumentaciju kao i sve njene delove sačinio prema ZJN i sopstvenim potrebama.
11. Naručilac ostaje pri svojim zahtevima.
12. Naručilac ostaje pri svojim zahtevima.

**Komisija za javne nabavke Doma zdravlja
"Dr Jovan Jovanović Zmaj"
Stara Pazova**