



Broj 9-1/17  
Dana 19.01.2017. godine

**PREDMET: Pitanje potencijalnog ponuđača i odgovor naručioca  
u postupku javne nabavke ultrazvučnog aparata, za potrebe Doma zdravlja „Dr Jovan  
Jovanović Zmaj“ Stara Pazova.**

**Pitanje:**

Poštovani,

Obraćamo Vam se ovim putem kako bi ste nam pojasnili niže navedene elemente minimalnih tehničkih zahteva ultrazvučnog aparata koji je predmet nabavke.

Povrede člana 10. i člana 72. stav 3. ZJN

Minimalnim tehničkim zahtevom iz tačke 3.4. vršite diskriminaciju i omogućujete samo jednom ponuđaču da pripremi prihvatljivu ponudu.

Minimalnim tehničkim zahtevima iz tačaka 1.7. i 4.2. ograničavate konkurenciju.

1. Nabavljate aparat za primenu u ginekologiji i akušerstvu. S obzirom na to koje sonde zahtevate isti možete koristiti i za preglede abdomena. Nejasno je zbog čega aparat mora biti opremljen za kardiološke preglede. Nemate organizovanu kardiološku službu, nemate lekara te specijalnosti, verovatno nemate ni zakonske mogućnosti da takvu službu organizujete. Na Vasem sajtu je navedeno da "od skora radite i eho kardiografiju" što znaci da već posedujete aparat konfigurisan za primenu u kardiologiji.

Neopravdanim zahtevima da aparat poseduje CW Doppler i Tissue Doppler Imaging uvećava se vrednost nabavke i bez razloga se troši više sredstava koja potiču iz javnih prihoda a koja obezbeđuju poreski obveznici.

Da li su ovi zahtevi navedeni zbog toga što ih unapred izabrani aparat podržava u standardnoj opremi?

Zbog čega niste naveli da aparat poseduje mogućnost dogradnje CWD i TDI modovima ako smatrate da ćete u budućnosti imati kardiologa u ustanovi?

S obzirom da ne nabavljate kardiološku sondu mislimo da i na ovaj način dajete prednost unapred izabranom ponuđaču uz neopravdano trošenje novca za kupovinu CWD i TDI modova.

2. Slike unapred izabranog aparata pokazuju da se visina sistema podešava isključivo podizanjem konzole, što je ne slučajno i Vaš zahtev. Njime se mnogi ponudjaci primoravaju da ponude skuplji aparat iz svog portfolia što je takođe davanje prednosti unapred izabranom ponuđaču. U zbiru sa predhodnom i naredne 2 tacke ovog zahteva i ova dobija na značaju. Visina na kojoj se nalazi dijagnostička slika je visina na kojoj je monitor a ne konzola. Visinu je moguće promeniti korekcijom visine konzole i/ili monitora. Unapred izabrani uređaj ne poseduje mogućnost promene visine monitora nezavisno od konzole. Da li je ovakav zahtev od presudnog dijagnostičkog značaja za Vaše specijaliste ili je još jedna potvrda naših tvrdnji?
  
3. Kako smo Već naveli zahtev 3.4. ima najveću diskriminatorsku težinu i mislimo da treba biti brisan. Primena ove opcije je u oblasti fetalne eho kardiografije. Nadamo se da su Vaši kardiolozi i akušeri eksperti u oblasti fetalne kardiologije i da će ovu mogućnost koristiti prilikom svakodnevnih, rutinskih, pregleda trudnica te smanjiti potrebu da se u tercijalnim ustanovama to radi, pogotovu ako i druge ustanove, po teritorijanom principu, takve pacijente budu upućivale u Vašu ustanovu. Sa druge strane ovaj zahtev može ispuniti samo unapred izabrani proizvođač tj. ponuđač.
  
4. Zahtevate vaginalnu sondu sa uglom skeniranja od minimum 180°. 95% korisnika vaginalnih sondi, kako u javnom tako i u privam sektoru, koriste navedene sonde sa uglom između 118° i 150°. Zbog čega je neprihvatljivo da pomenuti ugao bude minimalno 150°? Zbog čega je neprihvatljivo da ugao bude veći od, recimo, 170°? I ovaj zahtev ima za cilj ograničavanje konkurencije. Molimo Vas da preispitate zahteve koji su diskriminatorski i koji imaju za cilj ograničavanje konkurencije i izmenama minimalnih zahteva omogućite da još neko od zainteresovanih ponuđača pripremi prihvatljivu ponudu.

## Odgovor:

Poštovani,

1. Obzirom da je kriterijum izbora najpovoljnije ponude, najniža ponuđena cena, bez evaluacije i vrednovanja nivoa kvaliteta, smisao definisanja tehničkih uslova je da omogući učešće onim ponuđačima koji mogu ponuditi proizvod odgovarajućeg kvaliteta, što je u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. Tehnički parametri određuju neophodan nivo kvaliteta, definisani su na osnovu zahteva struke kao i medicinskim, tehnološkim, tehničkim potrebama naručioca i **planom dalje razvoja ustanove**. Naša ustanova ima potrebu za obavljanjem širokog dijapazona medicinskih sluga, te u tom smislu nismo u dosadašnjoj praksi imali slučajeva da nam potencijalni ponuđači sugerišu delokrug pružanja medicinske usluge i samim tim određuju nivo naših kompetencija i sugerišu plan razvoja, po svojim proizvoljnim kriterijumima.

2. Analizom i istraživanjem tržišta utvrdili smo da gotovo svi moderni uređaji poseduju mogućnost podešavanja kontrolnog panela po visini, što operateru omogućava komfor u radu, odnosno podešavanje visine panela po njihovoj potrebi. Naručilac ostaje pri svojim zahtevima.
3. I pored realne potrebe naručioca za ovim zahtevom, usvajamo sugestiju potencijalnog ponuđača. Naručilac će izbrisati zahtev 3.4.
4. Veći ugao skeniranja smanjuje nepotrebnu rotaciju sonde i time je pregled prvenstveno u velikoj meri konformniji za same pacijente. Analizom i istraživanjem tržišta ustanovili smo da više svetskih proizvođača imaju u svom portfoliju sonde koje ispunjavaju navedeni zahtev. Naručilac ostaje pri svojim zahtevima.

**Komisija za javne nabavke Doma zdravlja  
"Dr Jovan Jovanović Zmaj"  
Stara Pazova**