



Број 9-1/17

Дана: 06.02.2017.godine

Предмет: Питање потенцијалног понуђача и одговор наручиоца у поступку јавне набавке ултразвучног апарата, за потребе Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова.

Поштовани,

Детаљном анализом конкурсне документације за ЈН бр. 9-1/17, набавка ултразвучног апарата, учили смо да су нам потребне додатне информације и појашњења конкурсне документације, па Вас у складу са чланом 63, став 3, ЗЈН молимо за разјашњења.

У Вашој конкурсној документацији, минималних технички захтеви за набавку апарата за ултразвучну дијагностику под тачком 1.8. захтевали сте: „Интегрисана потпуна QWERTY алфанумеричка тастатура.

Молимо за појашњење да ли се под појмом QWERTY алфанумеричка тастатура подразумева тастатура са типкама или се може понудити и виртуелна тастатура на екрану осетљивом на додир тзв. „ Touch sceen“ тастатура?

Одговор,

Поштовани,

Обавештавамо Вас да наручилац подразумева тастатуру са типкама.